入札説明書に関する質問への回答書

案件名：エチオピア国　農産物残留農薬検査体制・能力強化支援プロジェクト向け機材

本件入札説明書に関する質問と回答は以下の通りです。

公示番号：機-1302B-02	回答日：平成25年3月4日	調達部契約第二課長
質　問　事　項	回　答　内　容	備　考
質問9 『入札説明書に関する訂正（公示）、機材仕様書付属書1、機材仕様明細書、番号94　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計、（特記）』の訂正内容について確認させていただきます。 1.　既存のGCが有り、ヘリウムガスを使用している。 2.　そのGCで使用しているヘリウムガスの配管ライン（1/8インチ銅配管）を切る。 3.　その配管をティーで分岐し、今回のGC/MSの配管に接続。 という事で宜しいでしょうか。	回答9 1. 現地受入機関は既にガスクロマトグラフ（Agilent社7890/5975C）を所有しており、ヘリウムガスを使用しています。 2. ご理解の通りです。 3. ご理解の通りです。	
質問10 質問9の内容で宜しければ、作業をするにあたって確認事項がございます。 ・この作業時は既存のGCを停止する事ができる。 ・既存GCで使用しているガスおよび配管はGC/MSで使用して問題ない程度、クリーンである。	回答10 既存ガスクロマトグラフは停止可能です。 ガスおよび配管は既存のガスクロマトグラフで使用されているものであることから、特に問題はないと考えます。	

入札説明書に関する質問への回答書

案件名：エチオピア国　農産物残留農薬検査体制・能力強化支援プロジェクト向け機材

本件入札説明書に関する質問と回答は以下の通りです。

公示番号：機-1302B-02	回答日：平成25年2月28日	調達部契約第二課長
質　問　事　項	回　答　内　容	備　考
質問1 機材仕様明細書　番号94　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 特別付属品：ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰは、流れ方向：右高圧（型番：MSR-2B-R-13TF01-2210）でよろしいでしょうか。	回答1 右高圧で構いません。	
質問2 機材仕様明細書　番号94　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 特別付属品：変換継手は、両サイドともオスでよろしいでしょうか。	回答2 JIS側、CGA側、ともにオスです。	
質問3 機材仕様明細書　番号109　ph/ORPﾒｰﾀｰ 付属品のpH標準液は製造時点で有効期限を1年となるため、番号61. ｼﾞｴﾁﾙｴｰﾃﾙと同様の扱いに変更をお願いいたします。	回答3 『参考銘柄②　HM-30R　東亜ﾃﾞｨｰｹｰｹｰ』については、付属のpH標準液などの薬品類の有効期限について、機材仕様明細書、0.総則の3.にある、番号61. ｼﾞｴﾁﾙｴｰﾃﾙの対応と同様といたします。上記参考銘柄以外の製品で同様の対応が必要な場合は、有効期限が製造日より1年以内である旨を証明するメーカーからの証書をご提出ください。	
質問4 機材仕様明細書　番号158　ﾊﾞｰﾁｶﾙｼｪｰｶｰ 参考銘柄：050670-25（50Hz）V-DX（ﾀﾞﾌﾞﾙ）が既に製造中止のため、代替品を提案いたしますが、それに伴う仕様変更を認めていただけますようお願いいたします。	回答4 仕様および参考銘柄を変更いたします。詳細は別添の『機材仕様書付属書1、機材仕様明細書、番号　158-2.　ﾊﾞｰﾁｶﾙｼｪｰｶｰ』をご参照ください。	
質問5 番号94　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計の特別付属品に記述されたJIS 21-14L×CGA 580　規格変換継手の仕様につきまして、下記仕様のご確認をお願いいたします。 1. CGA側の接続構造をご教示ください。（オスですか、あるいはメスですか。）	回答5 回答2をご参照ください。	

入札説明書に関する質問への回答書

案件名：エチオピア国　農産物残留農薬検査体制・能力強化支援プロジェクト向け機材

本件入札説明書に関する質問と回答は以下の通りです。

公示番号：機-1302B-02	回答日：平成25年2月28日	調達部契約第二課長
質　問　事　項	回　答　内　容	備　考
質問6 番号94　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計の特別付属品に記述されたJIS 21-14L×CGA 580　規格変換継手の仕様につきまして、下記仕様のご確認をお願いいたします。 2.JIS側の接続構造をご教示ください。（オスですか、あるいはメスですか。）	回答6 回答2をご参照ください。	
質問7 番号94　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計の特別付属品に記述されたJIS 21-14L×CGA 580　規格変換継手の仕様につきまして、下記仕様のご確認をお願いいたします。 3. CGAとJISを繋ぐ中間チューブは6.35mm外形で宜しいでしょうか。	回答7 中間チューブの外径の指定はありません。ガスクロマトグラフの運用に必要十分な量のヘリウムガスが供給できるサイズをご選定ください。	
質問8 番号94　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計の特別付属品に記述されたJIS 21-14L×CGA 580　規格変換継手の仕様につきまして、下記仕様のご確認をお願いいたします。 4. 使用するガスはエチレンガスでしょうか。また、継手内部に電解研磨をかける必要がございますか。	回答8 使用するガスは高純度ヘリウムガスです。電解研磨は必要ありません。	

入札説明書に関する訂正（公示）

案件名：エチオピア国　農産物残留農薬検査体制・能力強化支援プロジェクト向け機材

本件入札説明書に関し、以下の通り訂正します。

公示番号：機-1302B-02	回答日：平成25年2月28日	調達部契約第二課長
訂　正　箇　所	訂　正　内　容	備　考
機材仕様書付属書1、機材仕様明細書 番号　94．ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計 （特記）	以下内容を追加します。 『現地既存のCGA規格ﾍﾘｳﾑｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰに、特別付属品の「MSR-2B-13TF01-2210　ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ」および「JIS 21-14L×CGA 580 規格変換継手」が適合しなかった場合、現地既存のｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌとCGA規格ﾍﾘｳﾑｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰを繋ぐ既設1/8銅配管を分岐して、本要請機材にﾍﾘｳﾑｶﾞｽを供給する。これらの作業および必要な資機材は、据付作業および特別付属品の「据付用資機材一式（1/8銅配管分岐資材含む）」に含まれる。』	
機材仕様書付属書1、機材仕様明細書 番号　158．ﾊﾞｰﾁｶﾙｼｪｰｶｰ （仕様）および参考銘柄、標準付属品、特別付属品	別添の『機材仕様書付属書1、機材仕様明細書、番号　158-2．ﾊﾞｰﾁｶﾙｼｪｰｶｰ』の内容に変更いたします。	

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

エチオピア国　農産物残留農薬検査体制・能力強化支援プロジェクト向け機材

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
158-2	ﾊﾞｰﾁｶﾙｼｪｰｶｰ	（仕様）用途：分液ﾛｰﾄ振とう用		
	Vertical shaker	振とう方式：垂直		
		振とう速度：50～300r/min		
		振とう幅：40mm		
		分液ﾛｰﾄ架数：50mL～1L；6架以上		
		ﾀｲﾏｰ：1分～99時間59分		
		振とうｽﾋﾟｰﾄﾞ調整機能：装備		
		電源：AC230V　50Hz　単相		
		付属品：分液ﾛｰﾄ振とう台；50mL～1L、3架数用（2式）		
		ﾌﾗｽｺｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ；三角ﾌﾗｽｺ（～300mL）および、		
		ﾒｽｼﾘﾝﾀﾞｰ（～200mL）用（7式）		
		取扱説明書（英文および和文、各1部）		
		参考銘柄　SR-2DW　ｽﾄﾛﾝｸﾞｼｪｰｶｰ	ﾀｲﾃｯｸ	1
		標準付属品　取扱説明書（英文および和文、各1部）		
		特別付属品　HE-3　分液ﾛｰﾄ振とう台（50mL～1L）		2
		ﾌﾗｽｺ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（Aﾀｲﾌﾟ）		7